

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1-6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 11268-9030
品名 アセトン
等級 医薬部外品原料規格
容量 500ml

[規格項目]	[規格値]	CASNo.67-64-1
含量	98.0 %以上	
性状	適合	
確認試験 (1)	適合	
(2)	適合	
(3)	適合	
比重 d_{20}^{20}	0.790~0.798	
純度試験		
(1) 酸	試験適合	
(2) 過マンガン酸カリウム還元性物質	試験適合	
(3) メタノール	試験適合	
(4) 水分	試験適合	
(5) 蒸発残留物	1 mg以下	
蒸留試験 (55~57°C)	95 vol%以上	