

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1-6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 20360-3401
品名 塩化ヒドロキシルアンモニウム
等級 原子吸光分析用
容量 500g

[規格項目]

[規格値]

CASNo.5470-11-1

純度	97.0 %以上
水溶状	試験適合
亜鉛 (Zn)	0.3 ppm以下
カドミウム (Cd)	0.01 ppm以下
鉛 (Pb)	0.01 ppm以下
銅 (Cu)	0.2 ppm以下
鉄 (Fe)	0.5 ppm以下
ニッケル (Ni)	0.1 ppm以下
コバルト (Co)	0.2 ppm以下
クロム (Cr)	0.1 ppm以下
水銀 (Hg)	0.02 ppm以下
マンガン (Mn)	0.1 ppm以下
マグネシウム (Mg)	0.3 ppm以下
カルシウム (Ca)	0.1 ppm以下