

# 製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1-6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 25165-0482  
品名 キシレン  
等級 純正特級  
容量 3L

## [規格項目]

純度(o-,m-,p-キシレンの含量)(GC)  
水分  
不揮発物  
酸 (HClとして)  
塩基 (NaOHとして)  
硫黄化合物  
チオフェン類  
硫酸着色物質

## [規格値]

83.0%以上  
0.03%以下  
0.001%以下  
0.001%以下  
0.001%以下  
試験適合  
試験適合  
試験適合

CASNo.1330-20-7