

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1 - 6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 31280-3430
品名 酢酸ブチル
等級 原子吸光分析用試薬
容量 500ml

[規格項目]

純度 (GC)
銅 (Cu)
亜鉛 (Zn)
カドミウム (Cd)
水銀 (Hg)
鉛 (Pb)
クロム (Cr)
鉄 (Fe)
コバルト (Co)
ニッケル (Ni)

[規格値]

99.0 %以上
0.001 ppm以下
0.001 ppm以下
0.001 ppm以下
0.01 ppm以下
0.01 ppm以下
0.005 ppm以下
0.005 ppm以下
0.01 ppm以下
0.005 ppm以下

CASNo.123-86-4