

# 製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1 - 6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 31391-3534  
品名 サマリウム 標準液 1000mg/L  
等級 原子吸光分析用  
容量 100ml

[規格項目]

ファクター (20 )

[規格値]

0.98 ~ 1.02

CASNo.7440-19-9