

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1 - 6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 48120-3630
品名 テトラヒドロフラン
等級 蛍光分析用試薬
容量 500ml

[規格項目]	[規格値]	CASNo.109-99-9
純度 (GC)	99.8 %以上	
密度 (20)	0.886 ~ 0.889 g/ml	
屈折率 n_D^{20}	1.406 ~ 1.408	
水分	0.03 %以下	
不揮発物	0.001 %以下	
過酸化物	0.01 %以下	
吸光度 E 1cm		
215nm	1.00 以下	
230nm	0.60 以下	
240nm	0.40 以下	
254nm	0.20 以下	
270nm	0.08 以下	
300 ~ 400nm	0.01 以下	
蛍光強度 320 ~ 460nm(励起波長255nm)	1 ppb以下	