

# 製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1 - 6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 60177-4530  
品名 pH6.86 標準緩衝液 (25 )  
等級 標準緩衝液  
容量 500ml

[規格項目]

pH (25 )

[規格値]

6.860 ~ 6.870