

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1-6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番	63196-4930
品名	フタル酸塩pH標準液(第2種) pH 4.01(25°C)
等級	JCSS
容量	500ml

[規格項目]

pH (25°C)

[規格値]

4.01±0.015