

# 製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1-6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番	95292-4230
品名	0.02mol/L 過塩素酸・酢酸溶液
等級	非水滴定用
容量	500ml

[規格項目]

ファクター (20°C)

[規格値]

0.990~1.030