

製品規格書

純正化学株式会社
品質保証部
埼玉県越谷市大間野町1 - 6
TEL 048(986)6161
FAX 048(989)2787

品番 95730-8030
品名 3mol/L 硫酸 (6N)
等級 容量分析用規定液
容量 500ml

[規格項目]	[規格値]	CASNo.7664-93-9
ファクター (20)	1.000 ~ 1.030	