

# 製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1 - 6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 28560-3230  
品名 クロロホルム  
等級 吸収スペクトル用  
容量 500ml

[規格項目]	[規格値]	CASNo.67-66-3
純度 (GC)	99.0%以上	
吸光度		
245nm	0.90以下	
254nm	0.20以下	
260nm	0.08以下	
270nm	0.02以下	
275 ~ 400nm	0.01以下	
エタノール (安定剤)	0.4 ~ 0.8%	