

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1 - 6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 34355-3080
品名 ジクロロメタン
等級 高速液体クロマト用
容量 1L

[規格項目]	[規格値]	CASNo.75-09-2
純度	99.5 %以上	
密度 (20)	1.320 ~ 1.330 g/ml	
屈折率 n_D^{20}	1.423 ~ 1.425	
水分	0.02 %以下	
不揮発物	5 ppm以下	
酸 (HClとして)	0.001 %以下	
遊離塩素	試験適合	
過酸化物	5 ppm以下	
吸光度 E 1cm		
235nm	0.50 以下	
240nm	0.15 以下	
254nm	0.02 以下	
260 ~ 400nm	0.01 以下	