

製品規格書

純正化学株式会社

品質保証部

埼玉県越谷市大間野町1-6

TEL 048(986)6161

FAX 048(989)2787

品番 83110-3401
品名 硫酸アンモニウム
等級 原子吸光分析用試薬
容量 500g

[規格項目]

純度
水溶状
pH (5w/v %, 25°C)
亜鉛 (Zn)
カドミウム (Cd)
鉛 (Pb)
銅 (Cu)
鉄 (Fe)
ニッケル (Ni)
コバルト (Co)
クロム (Cr)
水銀 (Hg)
マンガン (Mn)
マグネシウム (Mg)
カルシウム (Ca)

[規格値]

99.5 %以上
試験適合
4.5~5.5
0.3 ppm以下
0.01 ppm以下
0.1 ppm以下
0.02 ppm以下
0.1 ppm以下
0.1 ppm以下
0.1 ppm以下
0.05 ppm以下
0.05 ppm以下
0.05 ppm以下
0.5 ppm以下
0.5 ppm以下

CASNo.7783-20-2